



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL-RS**

### **ESCLARECIMENTO AO LOTE 07 (Berço Aquecido) EDITAL Nº 2232/2013 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2013**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, esclarece relativo ao Lote 07 (Berço Aquecido) do Edital nº 2232/2013 – Pregão Eletrônico nº 205/2013, que a tensão de alimentação necessária à sua utilização em Caçapava do Sul é de 220 volts, portanto, caso o equipamento seja fabricado com apenas uma voltagem, considere como sendo 220V, desconsiderando-se assim a exigência de “Tensão de alimentação 127/220 volts, selecionável”.**

As demais cláusulas e condições do Edital permanecem inalteradas em sua íntegra, inclusive a data de abertura.

Caçapava do Sul, 19 de Setembro de 2013.

**ELENILTON ILHA FLORES,  
Pregoeiro.**