



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL-RS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 2232/2013 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2013

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**, torna público, que o **Edital nº 2232/2013 – Pregão Eletrônico Nº 205/2013 (aquisição de equipamentos médico hospitalares)**, sofreu alterações no **LOTE 01 (01 Foco Cirúrgico de teto)** passando a ter a seguinte redação:

LOTE 01: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Foco cirúrgico fixo no teto, para uso em sala cirúrgica, com sistema de iluminação por LED. Intensidade luminosa mínima de 70.000 lux por cúpula medida a um metro de distância da lâmpada. Foco constituído de braços articulados que permitam movimentos horizontais e verticais aleatórios, sem exigir esforços do usuário. Estrutura com tratamento antiferrugem (pintura eletrostática) e de fácil higienização. Focalização ajustável através de manopla esterilizável. Controle de intensidade na cúpula. Sistema de alimentação de emergência, com capacidade mínima de duas horas de funcionamento na falta de energia elétrica, sistema deve manter a carga das baterias durante o funcionamento normal. Estrutura metálica para fixação no teto, com acabamento em pintura eletrostática. Tensão de alimentação: 127 / 220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. Frequência de alimentação: 60 Hz. Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao fornecimento solicitado. Possuir Registro no Ministério de Saúde/ANVISA. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

As demais cláusulas do Edital Convocatório permanecem inalteradas em sua íntegra.

Caçapava do Sul, 18 de Setembro de 2013.

ELENILTON ILHA FLORES,
Pregoeiro.